



90/DZ/1262/2019

Sopot, dnia 7 października 2019 r.

WYJAŚNIENIA

dot. sukcesywnych dostaw w ramach umów ramowych specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie – IO/ZN/6/2019

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN informuje, że udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r.

Pytanie dot. załącznika nr 1.9 (Producent: PERKIN ELMER)

„Roztwór o numerze N8125032 został zastąpiony przez producenta produktem o numerze N8125010. Produkt N8125010 ma dokładnie taki sam skład i pojemność jak produkt N8125032. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennego produktu N8125010?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zaoferowanie roztworu dual detector solution 200 µg/L Cd, Cu, Mg, Pb, Rh o numerze katalogowym N8125010, jako spełniającego wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu z dziedziny nauki nr IO/ZN/6/2019.

Z poważaniem

Dyrektor Instytutu



Prof. dr hab. Jan Marcin Węśławski