



Norway  
grants

Sopot, dnia 7 kwietnia 2021 r.

### WYJAŚNIENIA

dot. postępowania na dostawę dwóch termocyklerów dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZN/8/2021)

*Szanowni Państwo,*

Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN informuje, że na podstawie rozdziału VIII ust. 11 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 06.04.2021 r.

#### Pytanie nr 1

*„1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie termocyklera, w którym nie ma możliwości kontroli urządzenia zdalnie za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu?”*

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.

#### Pytanie nr 2

*„2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie termocyklera bez mechanizmu automatycznego otwierania pokrywy?”*

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający, na podstawie rozdziału VIII ust. 9, zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki w ten sposób, że:

w **rozdziale II ust. 3 usuwa punkt 11** (Możliwość kontroli urządzenia zdalnie za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu) **i 16** (Mechanizm automatycznego otwierania pokrywy).

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia **9 kwietnia 2021r. do godz. 12:00.**

Z uwagi na powyższe, odpowiedniej zmianie ulega również rozdział VIII ust. 1 Ogłoszenia. Sposób i forma składania ofert, a także pozostałe zapisy Ogłoszenia nie ulegają zmianie.

*Z poważaniem*