



Sopot, dnia 15 września 2021 r.

WYJAŚNIENIA

dot. postępowania na dostawę mikroskopu elektronowego dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZN/11/2021)

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN informuje, że na podstawie rozdziału VII ust. 11 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.09.2021r.

Pytanie nr 1

„Dotyczy punktu 14. minimalnych wymagań dla ofertowanego sprzętu zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zarówno system operacyjny, jak i oprogramowanie sterujące mikroskopem były w wersji anglojęzycznej?”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, aby zarówno system operacyjny, jak i oprogramowanie sterujące mikroskopem były w wersji anglojęzycznej.

Pytanie nr 2

„Dotyczy punktu 14. Minimalnych wymagań dla ofertowanego sprzętu zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby system nie posiadał wsparcia dla pracy grupowej w środowisku Active Directory? Środowisko to aktualnie jest jedynie opcjonalnym dodatkiem do najnowszych wersji systemów operacyjnych.?”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, aby system nie posiadał wsparcia dla pracy grupowej w środowisku Active Directory.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 4 miesięcy? Ze względu na szacowany czas dostawy w okresie Świąt Bożego Narodzenia mogą pojawić się problemy z umówieniem odpowiedniego terminu w czasie określonym przez umowę”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie realizacji zamówienia do 4 miesięcy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający, na podstawie rozdziału VII ust. 9 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki, zmienia treść Ogłoszenia w ten sposób, że:

1. **W rozdziale II ustęp 3 punkt 14 Ogłoszenia oraz w § 2 ustęp 3 punkt 14 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia** (projekt umowy)

zapis:

„14) Zestaw komputerowy stacjonarny sterujący pracą urządzenia dobrany adekwatnie do potrzeb mikroskopu, monitor o rozdzielczości Full HD co najmniej 27”, mysz bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa, system operacyjny spełniający następujące warunki:

- Preinstalowany przez producenta sprzętu,
- Posiadający wsparcie producenta sprzętu (sterowniki),
- Posiadający wsparcie producenta systemu operacyjnego,
- Posiadający polskojęzyczny interfejs graficzny,
- Posiadający wsparcie dla pracy grupowej w środowisku Active Directory.”

zostaje zastąpiony przez zapis:

„14) Zestaw komputerowy stacjonarny sterujący pracą urządzenia dobrany adekwatnie do potrzeb mikroskopu, monitor o rozdzielczości Full HD co najmniej 27”, mysz bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa, system operacyjny spełniający następujące warunki:

- Preinstalowany przez producenta sprzętu,
- Posiadający wsparcie producenta sprzętu (sterowniki),
- Posiadający wsparcie producenta systemu operacyjnego,
- Posiadający polskojęzyczny lub anglojęzyczny interfejs graficzny.”

2. **Rozdział III ustęp 1 Ogłoszenia** otrzymuje brzmienie:
„Termin realizacji zamówienia: nie później niż do **4 miesięcy** od dnia podpisania umowy”
3. **Punkt 5 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia** (Formularz ofertowy) otrzymuje brzmienie:
„Oferujemy dostawę w terminie: **4 miesięcy** od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego - ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.”
4. **§ 3 ustęp 1 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia** (projekt umowy) otrzymuje brzmienie:
„Realizacja przedmiotu zamówienia (w tym dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2, jego montaż, uruchomienie i kalibracja, a także szkolenie użytkowników sprzętu) nastąpi nie później niż w terminie **4 miesięcy** od dnia podpisania umowy.”

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia **22 września 2021r. do godz. 09:30.**

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulega również termin, do którego Wykonawca jest związany ofertą. **Nowy termin związania ofertą:** okres 30 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert, to jest **do dnia 21.10.2021r.**

Z uwagi na powyższe, odpowiedniej zmianie ulega rozdział VII ust. 1 i ust. 13 Ogłoszenia. Sposób i forma składania ofert, a także pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem